

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, **BD SENSORS s.r.o.**  
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika  
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobky:** snímače diferenčního tlaku

**typy:** AX2-x|act nn, AX2-XMP nn, AX2-LMP380-520, AX2-XMD

jsou ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 3:2010	EN 60079-0:2009
ČSN EN 60079-11:2007	EN 60079-11:2007
ČSN EN 60079-26:2007	EN 60079-26:2007
ČSN EN 61241-11:2007	EN 61241-11:2006

a následujícími nařízeními vlády (NV), v závorce uvedeno číslo EU směrnice:

NV 23/2003 Sb. v platném znění	94/9/ES v platném znění
NV 616/2006 Sb. v platném znění	2004/108/ES v platném znění

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti  **II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb, nebo II 2G Ex ia IIB T4 Gb, II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da**

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH  
Fuchsmühlweg 7  
D-09599 Freiberg

zkoušel dané výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. IBExU05ATEX1105 X z 03.08.2005 (zkušební zpráva č. IB-05-3-190)

Dodatek č. 1 z 28.03.2006 (zkušební zpráva č. IB-05-3-384)

Dodatek č. 2 z 08.07.2011 (zkušební zpráva č. IB-10-3-153)

Interní EMC laboratoř BD SENSORS s.r.o.

zkoušela daný výrobek a vydala:

Zkušební protokol o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti z 22.11.2007

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 05

Buchlovice 08.03.2012



Ing. Kamil PSOTKA  
Vedoucí úseku vývoje



Ing. Antonín MENŠÍK  
Zástupce vedoucího úseku vývoje