

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: precizní digitální manometr


typ: AX6-DM01

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 3:2010	EN 60079-0: 2009
ČSN EN 60079-11 ed 2: 2012	EN 60079-11: 2012

a následujícími nařízeními vlády (NV), dále uvedeno číslo EU směrnice:

NV 23/2003 Sb. v platném znění	94/9/ES v platném znění
NV 169/1997 Sb. v platném znění	2004/108/ES v platném znění

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti  **II 2G Ex ia IIC T4 Gb**

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlweg 7
D-09599 Freiberg

zkoušel dané výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. IBExU12ATEX1107 X z 28.08.2012 (zkušební zpráva č. IB-11-3-259)

Buchlovice 11.09.2012



Ing. Kamil PSOTKA
Vedoucí úseku vývoje



Ing. Antonín MENŠÍK
Zástupce vedoucího úseku vývoje