

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, **BD SENSORS s.r.o.**, Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika, IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobky:** snímače tlaku, (ponorné/vestavné) snímače výšky hladiny kapalin

**typy:** DX9-DMP 331 / DMP 331i / DMP 331P / DMP 333 / DMP 335 / DMP 339 / DMP 343 / DMP 457 /  
DMK 331 / DMK 331P / DMK 457 / DMK 457 KRO /  
LMP 307 / LMP 307i / LMP 308 / LMP 308i / LMP 331 / LMP 331i /  
LMK 307 / LMK 331 /  
17.600G / 17.605 / 26.600

jsou ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 3:2010	EN 60079-0:2009
ČSN EN 60079-11:2007	EN 60079-11:2007
ČSN EN 60079-26:2007	EN 60079-26:2007
ČSN EN 61241-11:2007	EN 61241-11:2006

a následujícími nařízeními vlády (NV), v závorce uvedeno číslo EU směrnice:

NV 23/2003 Sb. v platném znění	94/9/ES v platném znění
NV 616/2006 Sb. v platném znění	2004/108/ES v platném znění

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti  **II 1G Ex ia IIC T4 Ga** (pro všechny typy kromě DX9-DMK 457 KRO)

**II 1G Ex ia IIB T4 Ga** (pro typ DX9-DMK 457 KRO)

**II 1D Ex iaD 20 T 85 °C** (pro všechny typy)

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH  
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz  
Fuchsmühlenweg 7  
D-09599 Freiberg

zkoušel dané výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. IBExU10ATEX1122 X z 31.10.2010 (zkušební zpráva č. IB-10-3-065)

Dodatek č. 1 z 08.03.2011 (zkušební zpráva č. IB-10-3-349)

Dodatek č. 2 z 02.02.2012 (zkušební zpráva č. IB-11-3-118)

Interní EMC laboratoř BD SENSORS s.r.o.

zkoušela daný výrobek a vydala:

Zkušební protokoly o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 10

Buchlovice 07.03.2012

  
Ing. Kamil PSOTKA  
Vedoucí úseku vývoje

  
Ing. Antonín MENŠÍK  
Zástupce vedoucího úseku vývoje