

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, **BD SENSORS s.r.o.**
Hradištská 817, 687 08 Buchovice, Česká republika
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobky: snímače tlaku a snímače výšky hladiny kapalin

typ/model: 26.600; DMP 331; DMP 333; DMP 343; LMP 331;
DMK 331; LMK 331

jsou ve shodě s následujícími normami:


ČSN EN 60079-15 ed.2 / 2006

ČSN EN 60079-0 ed.2 / 2007

a následujícími nařízeními vlády (NV), v závorce uvedeno číslo EU směrnice:

NV 23/2003 Sb. v platném znění
NV 169/1997 Sb. v platném znění

(94/9/EG) – v platném znění
(89/336/EC) v platném znění

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti  **II 3G Ex nA IIC T4** a shoda je zajišťována v souladu s požadavky příloh č. 3 a č. 4 k NV 23/2003 Sb. v platném znění.

Popis zařízení:

Snímače tlaku jsou určeny pro univerzální využití ve všech oblastech průmyslu. Převádí tlak plynů a kapalin na elektrický signál.

Podmínky použití:

- rozsah teplot okolí $T_a = -20^{\circ}\text{C}$ až 50°C
- maximální napájecí napětí $U_b = 30\text{ V}$

Zvláštní podmínky použití:

- závěr je kompletní až po připojení kabelového dílu konektoru včetně příslušného těsnění a dotažení zajišťovacím šroubem
- zařízení označeno „X“ - bylo podrobeno zkouškám odpovídajícím nízkému nebezpečí mechanického poškození

Prohlášení vydáno na základě certifikátu **BDS 01/2007X**


Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 96

Místo vydání: Buchovice

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Libor ŠIMONÍK

Datum vydání: 3.5.2010

Funkce: jednatel společnosti



Výpis z OR, vedeného KOS v Brně oddíl C, vložka 12714